



Data: 25/07/2013

Referència: 2013088

TM

NOTA INFORMATIVA

Retirada del mercat del lot 3212219249 de les tires reactives GlucoMen® LX Sensor

Tipus d'alerta: **Seguretat**

Tipus de producte: **Producte sanitari**

Destinatari:

* Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears * Entitats proveïdores d'atenció primària * Col·legis de farmacèutics * Col·legis d'infermeria * Col·legis de metges *

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens ha informat que l'empresa Menarini Diagnòsticos, S.A. està retirant del mercat un lot de les tires reactives GlucoMen® LX SENSOR, que s'utilitzen amb els mesuradors de glucosa en sang GlucoMen LX PLUS, perquè es poden obtenir resultats erròniament elevats.

La retirada del mercat afecta el lot 3212219249, amb caducitat 31/08/2014, dels productes següents:

- GlucoMen LX Sensor (50) - Referència 42204
- GlucoMen LX Sensor (1 x 100) - Referència 42330

L'empresa ha enviat una nota informativa als centres sanitaris i a les oficines de farmàcia que han adquirit el lot de tires reactives esmentat, amb informació del problema detectat i de les recomanacions que cal seguir.

D'acord amb la informació facilitada per l'AEMPS, es recomana als professionals sanitaris dels centres sanitaris i de les oficines de farmàcia que :

- Si tenen tires reactives GlucoMen LX Sensor del lot 3212219249, no les dispensin o subministrin als pacients, i en gestionin la devolució al proveïdor pels canals habituals.
- Si han lliurat tires reactives GlucoMen LX Sensor del lot 3212219249, intentin localitzar els pacients per informar-los, i canviar-los les tires afectades per un altre lot.

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixement i en pugueu fer la difusió escaient dins del vostre àmbit competencial, per tal contribuir a fer efectiva aquesta retirada del mercat i el bescanvi dels envasos per un lot no afectat.

Aprofitem per a demanar-vos que si al vostre centre es detecta algun incident amb un producte sanitari es comuniqui seguint les instruccions que consten a la nota informativa Nota de seguretat de productes sanitaris relativa a la notificació d'incidents per part dels professionals sanitaris - AEMPS i els formularis associats disponibles al web de l'AEMPS www.aemps.gob.es a les entrades Vigilancia > Vigilancia de productos sanitarios > Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia por los centros y profesionales sanitarios, aquests formularis s'han d'adreçar per fax (932292990) o per correu electrònic (alertesfarmacia@gencat.cat) al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.


Salvador Cassany Pou

Cap de servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris